



Notice d'utilisation




V6

Modules d'acquisition de données ALMEMO® 8590-9 et 8690-9A

V1.1
30.10.2006

1. ELÉMENTS DE MANIPULATION



(1) Codeurs

G : adresse appareil 0 à 99

(2) Touches ON/OFF, START/STOP

ON MARCHÉ

START lancer la mesure

STOP arrêter la mesure

OFF ARRÊT, appui long sur touche

(3) Témoins

ON appareil sous tension

START mesure lancée

REC mesure à mémorisation

COM mesure avec sortie

ALARM dépassement de limite
rupture de ligne, lobat

(4) Entrées mesure M0 à M8

M0 ... M8 tous capteurs ALMEMO

M9...M39 31 canaux suppl.

(5) Prises femelles sortie A1, A2

A1 interf./fibre opt. (ZA1909-DK5/L)

RS 422 (ZA 5099-NVL/NVB)

Ethernet (ZA 1945-DK)

Bluetooth (ZA 1709-BTx)

Entrée déclench. (ZA 1000-ET/EK)

Sorties relais (ZA 1000-EGK)

Sortie analogique 1 (ZA 1601-RK)

A2 câble réseau (ZA1999-NK5/NKL)

Connect. carte MMC (ZA1904-MMC)

Entrée déclench. (ZA 1000-ET/EK)

Sorties relais (ZA 1000-EGK)

Sortie analogique 2 (ZA 1601-RK)

(6) Prise de masse

(7) Prise raccordement CC 12V

adapt. sect. (ZB 1212-NA4, 12V, 0.6A)

câble isol. galv. (ZB 3090-UK, 10-30V)

8690-9A seul module accu AP :

(8) Prise raccordement CC-A 12V

adapt. sect. (ZB 1212-NA3, 12V, 2A)

(9) Témoins

DC-A tension secteur présente

CHARGE les accus sont en charge

2. TABLE DES MATIÈRES

1. ELÉMENTS DE MANIPULATION.....	2
3. GÉNÉRALITÉS.....	5
3.1 Garantie.....	5
3.2 Eléments livrés.....	6
3.3 Manipulation des accumulateurs.....	6
3.4 Instructions particulières d'utilisation.....	6
4. INTRODUCTION.....	7
4.1 Fonctions des appareils ALMEMO® 8590-9 et 8690-9A.....	7
4.1.1 Programmation des capteurs.....	8
4.1.2 Mesure.....	9
4.1.3 Commande de scrutation.....	10
5. MISE EN SERVICE.....	12
6. ALIMENTATION.....	13
6.1 Fonctionnement sur secteur.....	13
6.2 Alimentation externe en tension continue.....	13
6.3 Fonctionnement sur accumulateur (uniquement 8690-9A).....	13
6.4 Alimentation capteur.....	14
6.5 Mise sous tension, hors tension, réinitialisation.....	14
6.6 Mise en mémoire-tampon des données.....	15
7. RACCORDEMENT DES CAPTEURS.....	15
7.1 Capteur de mesure.....	15
7.2 Entrées de mesure et canaux supplémentaires.....	15
7.3 Isolement.....	16
8. UTILISATION ET CONFIGURATION.....	17
8.1 Touche combinée.....	17
8.2 Témoins.....	18
8.3 Adresse de l'appareil et mise en réseau.....	18
8.4 Configuration.....	18
9. ACQUISITION DE MESURE.....	19
9.1 Mesure en ligne avec PC.....	19
9.2 Mesure hors ligne.....	19
9.2.1 Mode veille.....	20
9.2.2 Mémoire interne des mesures (option S).....	20
9.2.3 Connecteur mémoire à carte Multi-Media-Card.....	21
10. ETENDUES SPÉCIALES, LINÉARISATION, ETALONNAGE MULTI-POINT, GESTION DES DONNÉES D'ÉTALONNAGE (OPTION KL).....	22
11. NOUVELLES COMMANDES D'INTERFACE.....	22
12. RECHERCHE DE DÉFAUT.....	24
13. COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE.....	25

14. ANNEXE	26
14.1 Caractéristiques techniques	26
14.2 Vos interlocuteurs	28

3. GÉNÉRALITÉS

Félicitations pour votre achat de ce module innovant d'acquisition de mesure ALMEMO®. Grâce aux connecteurs brevetés ALMEMO®, l'appareil se configure tout seul et à l'aide du logiciel AMR-Control fourni, la manipulation ne vous posera aucun problème. Par ailleurs, l'appareil permet de raccorder les capteurs et périphériques les plus divers avec de nombreuses fonctions spéciales. C'est pourquoi, afin de vous familiariser avec le fonctionnement des capteurs et les multiples possibilités de l'appareil, vous devez lire absolument cette notice d'utilisation ainsi que les chapitres correspondants du manuel ALMEMO®. C'est seulement de cette manière que vous éviterez toute erreur de manipulation ou de mesure, ainsi que tout dommage porté à l'appareil. Pour répondre rapidement à toutes les questions, un index exhaustif des mots-clé se trouve à la fin de la notice et du manuel.

3.1 Garantie

Chaque appareil est soumis à plusieurs essais qualité avant de quitter l'usine. Une garantie de deux ans contre tout défaut de fonctionnement est accordée à compter de la date de livraison. Avant de renvoyer un appareil, veuillez observer les indications données au chapitre 12. Recherche des erreurs. S'il devait s'agir effectivement d'une défectuosité, utilisez si possible l'emballage d'origine pour le renvoi et joignez-y une description explicite du défaut avec les conditions secondaires associées.

Toute prestation de garantie est exclue dans les cas suivants :

- Interventions et modifications non autorisées effectuées par le client sur l'appareil
- Fonctionnement en dehors des conditions environnementales valables pour ce produit
- Utilisation d'une alimentation ou de périphériques non adaptés
- Utilisation non conforme de l'appareil
- Dommages provoqués par décharges électrostatiques ou la foudre
- Inobservation de la notice d'utilisation

Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit en faveur du progrès technique ou en raison des nouveaux composants.

3.2 Eléments livrés

Lors du déballage, assurez-vous que l'appareil ne soit pas endommagé et que la livraison est complète :

Appareil de mesure ALMEMO® 8590-9 ou 8690-9A
Adaptateur secteur
la présente notice d'utilisation,
le manuel ALMEMO®,
CD avec logiciel AMR-Control et des accessoires utiles

En cas de dommage pendant le transport, conserver l'emballage et informer sans délais le fournisseur.

3.3 Manipulation des accumulateurs



A la livraison, les accumulateurs ne sont généralement pas chargés. C'est pourquoi il faut commencer par les recharger à l'aide du bloc secteur fourni, jusqu'à ce que le témoin **CHARGE** cesse d'être allumé.

Veillez à ne pas établir de court-circuit sur les accumulateurs ni à les jeter dans le feu.

Les accumulateurs sont des déchets spéciaux et ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers !

3.4 Instructions particulières d'utilisation

- Lorsque l'on apporte l'appareil dans les ateliers ou les bureaux de l'entreprise depuis un environnement froid, de la condensation peut survenir sur la partie électronique. Sur les mesures par thermocouple, de grandes erreurs sont de plus possibles en cas de fortes variations de température. Attendez-donc que l'appareil se soit adapté à la température ambiante avant de le mettre en service.
- Lors du raccordement des adaptateurs secteur, respectez la tension du secteur.
- Respectez la charge maximum de l'alimentation des capteurs.
- Les capteurs avec alimentation ne sont pas galvaniquement isolés l'un de l'autre.
- Ne posez pas les conducteurs de capteur à proximité des conducteurs de courant fort.
- Veillez à une bonne évacuation de l'électricité statique avant de toucher les câbles des capteurs.

4. INTRODUCTION

Le module d'acquisition de données ALMEMO® 8590-9 est un des derniers nés de la gamme unique en son genre d'appareils de mesure, tous équipés de la connectique ALMEMO® brevetée par la société Ahlborn. Le connecteur intelligent ALMEMO® offre des avantages décisifs lors de la connexion des capteurs et des périphériques, car tous les paramètres sont enregistrés sur EEPROM dans le connecteur et ainsi, toute programmation devient superflue lors du branchement.

Tous les capteurs et modules de sortie se connectent sur tous les appareils de mesure ALMEMO® de la même manière. Le fonctionnement et la programmation de toutes les unités est identique. C'est pourquoi les points suivants, valables pour tous les appareils du système de mesure ALMEMO®, sont décrits exhaustivement dans un manuel ALMEMO® spécifique, fourni également avec tout appareil :

- Explications détaillées du système ALMEMO® (manuel chap.1),
- Aperçu des fonctions et des étendues de mesure des appareils (manuel chap.2),

- Tous les capteurs avec notions fondamentales, utilisation et caractéristiques techniques (manuel chap.3),

- Les possibilités de raccordement de vos propres capteurs (manuel chap.4),

- Tous les modules de sortie analogiques et numériques (guide chap.5.1),

- Les modules d'interface RS232, FO, USB, Ethernet (manuel chap.5.2),

- Tout le système de mise en réseau ALMEMO® (manuel chap.5.3),

- Toutes les fonctions et leur manipulation par l'interface (manuel chap.6),

- Liste complète d'interfaçage avec toutes les images imprimées (manuel chap.7),

La présente notice ne présente plus que les caractéristiques et organes de manipulation spécifiques à l'appareil. C'est pourquoi dans de nombreux chapitres il sera fait référence à des explications détaillées données dans le manuel (manuel x.x.x).

4.1 Fonctions des appareils ALMEMO® 8590-9 et 8690-9A

Le module d'acquisition de données ALMEMO® 8590-9 dans son coffret compact 8 TE possède 9 entrées de mesure à séparation galvanique pour tous les capteurs ALMEMO®. Avec 36 canaux dans les connecteurs de capteurs et 4 canaux de fonction internes à l'appareil avec plus de 70 plages de mesure, les possibilités de mesure sont illimitées. A l'aide de l'horloge temps réel de série et d'un connecteur mémoire externe à carte Multi-Media-Card, vous pouvez enregistrer les données pratiquement à l'infini. Une mémoire EEPROM de 512 ko suffisante pour env. 100 000 mesures est disponible en option. Sur les deux prises de sortie il est possible de connecter tous les modules de sortie ALMEMO®, tels que sortie analogique, interface numérique, connecteur à mémoire, entrée déclenchement ou contacts d'alarme. Plusieurs appareils peuvent être

mis en réseau par simple branchement les uns aux autres.

Le coffret modulaire 12 TE du ALMEMO® 8690-9A contient le même module d'acquisition de données que le 8590-9. Pour un fonctionnement autonome, il est en outre équipé d'un module accumulateur supplémentaire.

4.1.1 Programmation des capteurs

Les canaux de mesure se programment entièrement automatiquement par le connecteur ALMEMO®. La programmation peut cependant être complétée ou modifiée à volonté par l'utilisateur via l'interface.

Plages de mesure

Pour les capteurs dont la caractéristique n'est pas linéaire, comme 10 types de thermocouple, les capteurs CTN et Pt100, capteurs infrarouge ainsi que les capteurs d'écoulement (anémomètres, thermoanémomètres, tubes de Pitot), des plages de mesure correspondantes sont disponibles. Pour les capteurs d'humidité il existe des canaux de fonction supplémentaires calculant également les grandeurs Point de rosée, Rapport de mélange, Pression de vapeur et Enthalpie. Même les capteurs physico-chimiques complexes sont pris en compte. Les valeurs de mesure des autres capteurs peuvent être acquises sans problème par les plages tension, courant et résistance avec échelle individuelle dans le connecteur. Les capteurs existants peuvent être utilisés sans autre formalité, il suffit juste de raccorder le connecteur ALMEMO® adéquat sur ses bornes à vis. En outre, des connecteurs adaptateurs à microcontrôleur intégré sont disponibles pour les signaux d'entrée numériques, les fréquences et impulsion. On peut de cette manière brancher presque tous les capteurs sur tout appareil de mesure ALMEMO® et les échanger entre eux, sans devoir procéder à un quelconque réglage.

Canaux de fonction

Les valeurs Max, min, moyenne et de différence sur certains points de mesure peuvent être également programmées comme canaux de fonction dans des canaux internes à l'appareil et être traitées et imprimées comme des points de mesure normaux. Pour les applications de mesure spéciales, il existe en outre des canaux de fonction pour déterminer le coefficient thermique $Q/\Delta T$ ainsi que la température radiante à bulbe humide.

Unité

Il est possible de modifier l'unité, sur 2 caractères, pour chaque canal de mesure, de sorte qu'à l'écran comme à l'impression, p. ex. lorsque l'on connecte un transmetteur, la valeur apparaisse toujours avec l'unité correcte. La conversion de °C en °F s'effectue automatiquement dans l'unité correspondante.

Libellé des mesures

Un libellé alphanumérique sur 10 caractères est en outre prévu afin d'identifier le capteur. Ce libellé se saisit par l'interface et apparaît à l'impression ou à l'écran de l'ordinateur.

Correction de mesure

La valeur mesurée de chaque canal de mesure peut être corrigée en zéro et en pente afin de pouvoir remplacer même les capteurs qui devraient normalement être d'abord ajustés (allongement, force, pH). Compensation du zéro et même partiellement de la pente par simple appui sur touche.

Nouveau : possibilité d'auto-linéarisation ou étalonnage multipoint.

Echelle

A l'aide de la base et du facteur, la valeur mesurée corrigée de tout canal de mesure peut de plus être mise à l'échelle en zéro et en pente. Le réglage de la position du point décimal s'effectue au moyen de l'exposant. Les valeurs de l'échelle se calculent automatiquement à l'aide de la mise à zéro et de la saisie de la consigne.

Limites et alarme

Deux limites peuvent être définies pour chaque canal de mesure (1 max et 1 min). En cas de dépassement, des contacts sont disponibles à l'aide de modules de sortie relais et peuvent être affectés même individuellement aux limites. L'hystérésis est de 10 chiffres sur les modèles de série, mais elle peut être réglée de 0 à 99 chiffres. On peut en outre se servir des dépassements de limite pour démarrer ou arrêter un enregistrement de mesure.

Verrouillage du capteur

Toutes les données de capteur enregistrées dans l'EEPROM du connecteur peuvent être protégées contre tout accès involontaire à l'aide d'un verrouillage graduel.

4.1.2 Mesure

Jusqu'à 36 canaux de mesure sont au total mis à disposition de 9 capteurs de mesure, à savoir qu'il est possible de valoriser des capteurs doubles, des capteurs dont l'échelle est différente et des capteurs à canaux de fonction. Tous les points de mesure activés sont scrutés en permanence à la vitesse de mesure (2.5 mes/s) . Le point de mesure sélectionné (M0) étant alors préféré, c.-à-d. mesuré à nouveau une fois sur 2 (semi-continu). Les données sont sorties sur l'interface et, si disponible, sur une sortie analogique. Pour raccourcir le temps de réponse de nombreux points de mesure, on peut augmenter la vitesse de mesure et la régler sur "continu".

Valeur mesurée

Les valeurs mesurées sont acquises automatiquement avec autozéro et auto-étalonnage, mais peuvent être corrigés et mis à l'échelle à volonté. Sur la plupart des capteurs, une rupture de ligne est automatiquement identifiée.

Sortie analogique et mise à l'échelle

Chaque point de mesure peut être mis à l'échelle avec un début analogique et une fin analogique, de sorte que la plage de mesure ainsi définie utilise toute l'étendue d'une sortie analogique (2V, 10V ou 20 mA). La valeur de mesure de tout point de mesure ou même une valeur programmée peut être envoyée sur la sortie analogique.

Fonctions de mesure

Pour que l'acquisition de mesure soit optimale, certaines fonctions de mesure sont nécessaires sur certains capteurs. Pour les thermocouples il existe la compensation de soudure froide, pour les sondes de pH, de conductivité et tubes de Pitot une compensation de température et pour les capteurs d'humidité, de pression dynamique et d'O₂ une compensation de pression atmosphérique. Sur les capteurs à infrarouge, on utilise les paramètres Correction de zéro et de pente comme température de fond et facteur d'émission.

Valeur max. et min.

Pour chaque mesure, la valeur maximum et minimum est acquise avec la date et l'heure, puis mémorisée. Ces valeurs peuvent être sorties individuellement, être employées comme canaux de fonction et être effacées.

Valeur moyenne

Sur chaque canal il est possible d'effectuer un calcul de moyenne sur une certaine période, sur un cycle ou sur des mesures individuelles.

4.1.3 Commande de scrutation

Afin d'effectuer l'acquisition des valeurs de mesure de tous les capteurs en numérique, il est nécessaire de scruter en continu les points de mesure à l'aide d'une commande de scrutation pour la sortie des mesures. Il existe à cet effet un cycle d'édition et s'il faut de la rapidité, la vitesse de mesure elle-même. Vous pouvez lancer et arrêter la mesure à l'aide d'une touche, de l'interface, d'un signal externe de déclenchement, de l'horloge temps réel ou des franchissements de limite.

Date et heure

L'horloge temps réel avec date ou la durée de mesure seule servent à établir le rapport exact de chaque mesure. Pour démarrer ou arrêter une mesure, il est possible de programmer l'heure et la date de début ainsi que l'heure et la date de fin ou une durée de mesure.

Cycle

Le cycle est programmable de 1 s à 59 h, 59 min, 59 s. Il permet la sortie cyclique des mesures sur l'interface ou en mémoire, ainsi que le calcul cyclique de valeur moyenne.

Facteur de cycle d'impression

Le facteur de cycle d'impression permet de limiter au besoin l'édition des données provenant de certains canaux et ainsi de limiter le flux de données, en particulier lors de l'enregistrement de valeurs de mesure.

Moyenne sur scrutation de points de mesure

Les mesures issues des scrutations de points de mesure peuvent être moyennées au choix sur toute la durée de la mesure ou sur le cycle. Pour éditer et mémoriser de façon cyclique ces valeurs moyennes, il existe des canaux de fonction.

Vitesse de mesure :

les vitesses de mesures possibles sont 2.5, 10 ou 50 mesures/s au choix. Afin d'atteindre une haute vitesse d'enregistrement, on peut placer toutes les valeurs de mesure en mémoire et/ou de les sortir sur l'interface à pleine vitesse.

Mémoire des mesures

Il existe 2 possibilités pour mémoriser les valeurs mesurées. En option S, une mémoire EEPROM de 512 kilooctets non volatile est disponible et suffit pour 100 000 mesures au maximum. L'organisation de la mémoire peut alors être configurée en mémoire linéaire ou circulaire. La sortie s'effectue sur l'interface. Il est alors possible d'effectuer une sélection par extrait temporel ou par numéro.

Nouveau : sans l'option S, on peut en alternative brancher simplement un connecteur à mémoire externe à carte mémoire Multi-Media-Card sur la prise A2. Selon la taille de la carte, on obtient ainsi une capacité mémoire pratiquement illimitée. Le connecteur est disponible en accessoire et permet de lire rapidement les fichiers par un lecteur de carte standard.

Numérotation des mesures

La saisie d'un numéro permet d'identifier soit des scrutations individuelles soit des séries de mesure complètes et celles-ci peuvent être lues sélectivement dans la mémoire.

Sorties de commande

Par le clavier et l'interface, il est possible de commander jusqu'à 4 sorties relais et une sortie analogique individuellement.

Edition

Tous les rapports de mesure ainsi que les valeurs mesurées et programmées peuvent être édités sur tout périphérique. Différents câbles d'interface offrent l'accès aux ports RS232, RS422, USB ou Ethernet. Même la communication sans fil par Bluetooth est possible. Les données de mesure peuvent être sorties aux choix en liste par ligne, par colonne l'une à côté de l'autre ou au format tableau. Les fichiers au format tableau peuvent être traités directement par tout tableur. L'en-tête d'impression peut être programmé selon la société ou l'application.

Mise en réseau

Tous les appareils ALMEMO® sont adressables et peuvent être mis en réseau par simple branchement les uns aux autres à l'aide de câbles réseau ou en cas de grandes distances, de répartiteurs réseau RS422.

Logiciels

Le logiciel AMR-Control est fourni avec chaque manuel ALMEMO®. Il permet de programmer complètement les capteurs, de configurer l'appareil de mesure et de lire la mémoire des mesures. Les mesures en ligne sont également possibles à l'aide du terminal intégré. L'enregistrement des valeurs de mesure des appareils en réseau, l'affichage graphique et le traitement complexe des données s'effectuent à l'aide du logiciel WIN-Control sous WINDOWS®.

5. MISE EN SERVICE

1. **Connexion capteur** : enficher les capteurs sur les prises **M0** à **M8** (4) voir 7.

2. **Alimentation** : brancher l'adaptateur secteur sur la prise **DC** (7) voir 6.1

3. **Mise sous tension** : appuyer sur la touche **ON** (2) voir 6.5

4. **Configuration de l'appareil par PC via l'interface** :

Raccorder l'ordinateur sur la prise A1 à l'aide du câble d'interface, voir manuel 5.2

lancer le logiciel, p. ex. celui fourni AMR-Control,

identifier l'appareil avec "Parcourir réseau",

si l'appareil n'est pas trouvé, sélectionner "Configuration - Interface" :

régler le port COM correct et la vitesse en baud 9600 bd

voir manuel 6.1.1

"Mise à jour liste"

"Programmation de l'appareil"

Saisir "Cycle" de la scrutation automatique des points de mesure,

voir manuel 6.5.2

Activer "Avec mémoire" pour l'enregistrement

(avec l'option S ou le connecteur mémoire)

Au besoin "Valider Date et heure du PC" voir manuel 6.2.8

Programmer le format de sortie : voir manuel 6.5.5, 6.6.1

"Tableau" pour Excel, "Liste" et "Colonne" pour l'imprimante ou l'éditeur

5. **Acquisition de mesure depuis le PC sans mémorisation sur l'appareil** :

lancer "Fichier - Terminal" voir manuel 6.1.3

"Fichier – Terminal - Ouvrir macro..", saisir le nom du fichier, "Enregistrer"

Démarrer la mesure avec le bouton "Start" ou la touche **START/ STOP** voir manuel 6.6

Arrêter la mesure à l'aide du bouton de commande "Stop" ou de la touche **START/ STOP**

"Fichier-Terminal-Fermer macro",

Appeler le fichier p. ex. depuis Excel et l'importer avec le séparateur ";" voir manuel 6.1.4

6. **Mémorisation des mesures dans l'appareil** : (seulement avec option S ou connecteur à mémoire)

Sélectionner "Appareils - Mémoire des mesures.."

Au besoin 'Effacer mémoire' 'Exécuter' voir manuel 6.9.3

Pour les enregistrements à long terme (cycle > 2 min.) activer le mode Veille, voir 9.2.1

Lancer tout de suite "Lancer l'enregistrement en mémoire" ou

lancer sur place la mesure avec la touche **START/ STOP**

ou dans "Programmation d'appareil" saisir la "date", "heure de début" ainsi que la "date" et "heure de fin" voir manuel 6.6.2

A la fin de la mesure, arrêter l'enregistrement avec la touche **START/ STOP**

Lire les données de mesure dans l'ordinateur

Si l'on utilise le connecteur à mémoire, retirer la carte Multi-Media-Card et la transférer sur PC par le lecteur USB (voir manuel 6.9.4.2) ou bien Rebrancher l'ordinateur sur la prise A1 avec le câble d'interface, voir ci-dessus
 Dans AMR-Control, sélectionner "Appareils - Mémoire des mesures..", cliquer sur "Lecture de la mémoire complète",
 Régler le "Format" voir ci-dessus
 "Exécuter" la lecture, saisir le nom du fichier, "Enregistrer" voir manuel 6.9.3
 Appeler le fichier p. ex. depuis Excel et l'importer avec le séparateur ";" voir manuel 6.1.4.

6. ALIMENTATION

L'alimentation de l'appareil de mesure peut s'effectuer des manières suivantes:

Adaptateur secteur 12V/0.6A (ALMEMO® 8590-9)	ZB 1212-NA4
Adaptateur secteur 12V/2.0A (ALMEMO® 8690-9A)	ZB 1212-NA3
Accumulateurs NiMH 9.6V/1600mAh (uniquement ALMEMO® 8690-9A) MA 8690-9A	
Câble d'alimentation à sép. galv. (10 à 30 V CC, 0.25A)	ZB 3090-UK
Câble d'alimentation à sép. galv. (10 à 30 V CC, 1.25A)	ZB 3090-UK2

Voir l'aperçu des produits en Annexe 14 et chapitres suivants.

6.1 Fonctionnement sur secteur

Pour assurer l'alimentation des appareils, branchez de préférence l'adaptateur secteur fourni (type voir ci-dessus) sur la prise **DC** (7). Veillez alors à la tension secteur !

6.2 Alimentation externe en tension continue

La prise **DC** (7) peut également recevoir une autre tension continue de 9 à 13 V (200 mA min.). Le raccordement s'effectue par le câble ZB 5090-EK à 2 fiches banane. S'il faut toutefois une séparation galvanique entre l'alimentation et les capteurs ou bien une plage de tension d'entrée supérieure 10 à 30 V, le câble d'alimentation à séparation galvanique ZB 3090-UK est nécessaire (sur l'ALMEMO® 8690-9A utiliser le câble ZB 3090-UK2 à 1.25A sur la prise DC-A en raison du courant de charge d'accu). L'appareil peut ainsi fonctionner sur des réseaux embarqués de 12 ou 24 V.

6.3 Fonctionnement sur accumulateur (uniquement 8690-9A)

Pour fonctionner en autonomie, l'appareil ALMEMO® 8690-9A logé dans le boîtier de taille supérieure doit être équipé du module supplémentaire AP comptant 8 accumulateurs NiMH (9.6V/1600mAh). Pour une consommation d'env. 25 mA, celui-ci autorise un temps de fonctionnement de 60 heures. Afin de prolonger la durée de fonctionnement lors des enregistrements sur le long

terme, vous pouvez utiliser l'appareil en mode veille (voir 9.2.1). Lorsque la capacité résiduelle des accumulateurs atteint environ 10 %, la DEL **ALARM** clignote dans l'appareil de mesure et les accus doivent être rechargés maintenant au plus tard. Lorsque les accumulateurs sont complètement déchargés, l'appareil se met hors tension afin d'éviter une trop forte décharge. Mais les données acquises et l'heure restent conservées (voir 6.6). On peut cependant recharger sans problème à tout état de charge les accumulateurs NiMH grâce au circuit de charge intelligent. Pour charger les accumulateurs, branchez l'adaptateur secteur ZB 1212-NA3 (12V/2A) sur la prise DC-A du module accumulateurs. Le témoin "**CHARGE**" signale ensuite que les accumulateurs sont en cours de charge. Au bout de 2,5 heures environ, les accumulateurs sont pleins et le témoin disparaît, signifiant que le circuit de charge a basculé sur charge d'entretien. L'adaptateur secteur peut ainsi resté connecté à l'appareil en mode tampon en permanence sans risque de surcharge des accus. Si vous ne voulez pas charger les accus, p. ex. afin d'éviter une surchauffe de l'appareil lors des mesures par thermocouple, vous pouvez raccorder l'adaptateur secteur à nouveau sur la prise DC (7).

6.4 Alimentation capteur

En fonctionnement sur secteur, le connecteur ALMEMO® fournit sur ses broches – et + une tension d'alimentation de capteur de 12 V (400 mA) (fusible auto-cicatrisant 500 mA). En fonctionnement sur accumulateurs, la tension appliquée est celle actuelle des accumulateurs (9 à 11.5 V). On peut obtenir d'autres tensions (12 V, 15 V, 24 V ou des références pour potentiomètres et jauges de contrainte) à l'aide de connecteurs spéciaux (voir guide 4.2.5/6).

6.5 Mise sous tension, hors tension, réinitialisation

Pour mettre **sous tension et hors tension** l'appareil, activez la touche **ON-OFF** (2).

Pour mettre hors tension, appuyer plus longtemps sur la touche **ON-OFF** (env. 1s). L'horloge temps réel continue de fonctionner et toutes les valeurs mémorisées et tous les paramètres sont conservés (voir 6.6).

Si en raison d'incidences parasites (p. ex. charges électrostatiques ou panne secteur) l'appareil présente un comportement défectueux, il faut alors commencer par tenter de résoudre le problème uniquement par une mise hors tension puis à nouveau sous tension.

Si cela n'est d'aucun secours, l'appareil peut alors être remis à l'état tel qu'à la livraison pour toute sa programmation. Cette **Réinitialisation** s'obtient lorsque le codeur **G** (1) est réglé sur l'adresse 99 avant la mise sous tension. Le réglage de la vitesse de transfert est alors réinitialisé sur le câble de données à 9600 baud. Mais la programmation des capteurs dans les connecteurs ALMEMO® reste dans tous les cas inchangée.

6.6 Mise en mémoire-tampon des données

La programmation des capteurs est sauvegardée et protégée contre les panes de courant dans l'EEPROM du connecteur du capteur, l'étalonnage et les paramètres programmés pour l'appareil le sont dans l'EEPROM de l'appareil. Les données de la mémoire sont également conservées en EEPROM non volatile. Seules la date et l'heure sont tamponnées par pile au lithium dédiée, de sorte que même lorsque l'appareil est arrêté et sans batteries, la conservation des données est garantie pendant des années.

7. RACCORDEMENT DES CAPTEURS

Vous pouvez brancher sur les prises d'entrée ALMEMO® M0 à M8 de l'appareil de mesure (4) tous les capteurs ALMEMO®. Pour raccorder vos propres capteurs, il suffit de raccorder un connecteur ALMEMO® correspondant.

7.1 Capteur de mesure

Le programme très complet de capteurs ALMEMO® (voir manuel chap. 3) ainsi que le raccordement des capteurs personnels (voir manuel chap. 4) sur les appareils ALMEMO® est décrit intégralement dans le manuel ALMEMO®. Tous les capteurs de série à connecteur ALMEMO® sont programmés systématiquement avec plage de mesure et unité, et peuvent de ce fait se connecter sans formalités sur toute prise d'entrée. Un détrompage mécanique garantit que capteurs et modules de sortie ne puissent être connectés que sur la prise adéquate. En outre, les connecteurs ALMEMO® possèdent deux leviers de verrouillage qui s'enclenchent lors de l'enfichage dans la prise et évitent ainsi tout débranchement en tirant sur le fil. Pour retirer le connecteur, il faut appuyer sur les deux leviers sur les côtés.

7.2 Entrées de mesure et canaux supplémentaires


L'appareil de mesure ALMEMO® 8590-9 possède 9 prise d'entrée (4) auxquelles sont tout d'abord affectées les voies de mesure M0 à M8. Cependant les capteurs ALMEMO® peuvent au besoin offrir jusqu'à 4 canaux, de sorte à disposer d'un total de 36 canaux pour les 9 prises femelles d'entrée. Les canaux supplémentaires sont surtout utiles pour les capteurs d'humidité à 4 grandeurs de mesure (température/humidité/point de rosée/rapport de mélange) ou pour les canaux de fonction. Au besoin il est également possible de programmer un capteur avec plusieurs plages ou échelles ou bien, si l'affectation des prises le permet, on peut aussi associer 2 à 3 capteurs dans un même connecteur (p. ex. hr/CTN, mV/V, mA/V et autres). Les canaux de mesure supplémentaires dans un connecteur sont respectivement positionnés à 10 de plus (le premier capteur a p. ex. les canaux M0, M10, M20, M30, le deuxième les canaux M1, M11, M21, M31 etc.).

Canaux internes à l'appareil:

Nouveauté sur cet appareil : 4 autres canaux supplémentaires sont situés dans l'appareil. Le premier d'entre eux M9 est programmé par défaut comme canal différentiel M1 – M0. Mais il n'apparaît que lorsque deux capteurs sont présents avec la même unité et même point décimal dans les canaux M0 et M1. Tous les 4 canaux sont cependant programmables avec tout autre canal de fonction (p. ex. U-Bat, CSF, valeur moyenne, débit volumique etc.) (voir manuel 6.3.4). Mb1 = M1 et Mb2 = M0 sont utilisés en standard comme canaux de référence.


Avantage des canaux internes à l'appareil : Si l'on utilise plusieurs capteurs pour la même application, il n'est pas nécessaire de reprogrammer les capteurs et ils peuvent être remplacés sans perdre les canaux de fonction. Si toutefois toute l'application dépend d'un seul capteur, la programmation dans le capteur est préférable.

Sur l'appareil de mesure, l'affectation des canaux est ainsi la suivante :



7.3 Isolement

Lors de la mise en place d'un montage de mesure fonctionnant, il est très important qu'aucun courant de compensation ne s'écoule entre les capteurs, l'alimentation et les périphériques. Ceci s'obtient lorsque tous les points sont au même potentiel ou que les potentiels différents sont à séparation galvanique.



Les 9 entrées analogiques sont à séparation galvanique les unes des autres par relais photovoltaïques. Nouveauté sur cet appareil, la séparation supplémentaire des entrées de mesure par rapport à l'UC et à l'alimentation. Entre toutes les entrées et sorties (même les câbles de sortie analogique sans séparation galvanique), une différence de potentiel maximum de 50 V est admissible. La tension entre les entrées de mesure elles-mêmes (entre B, C, D et A) ne doit pas dépasser 12 V !

Tous les capteurs raccordés à l'alimentation commune interne $\pm U$ ou bien les capteurs combinés au sein d'un même connecteur sont cependant exclus de la séparation galvanique. Sur ces capteurs, la séparation galvanique doit la plupart du temps être découplée à l'aide du relais S (voir ci-dessus) ou par fil, car les entrées n'auraient sinon en partie aucun potentiel de référence. Le relais est configuré automatiquement avec le drapeau d'élément 5 "ISO OFF" dès le 1er branchement (voir manuel 6.10.3). Sur plusieurs connecteurs (p. ex. connecteur diviseur sans alimentation), il convient cependant de vérifier le drapeau d'élément 5 et de le corriger le cas échéant. Ces capteurs doivent être isolés ou l'appareil doit fonctionner sur alimentation à sép. galv. (adaptateur secteur ou câble de raccordement ZA3690-UK à convertisseur CC/CC). Les câbles de données et de déclenchement sont de plus isolés par optocoupleurs.

8. UTILISATION ET CONFIGURATION

Le système d'acquisition de mesure ALMEMO® 8590-9 ne possède que peu d'organes de manipulation, il se manipule largement à l'aide d'un seul PC.

8.1 Touche combinée

La première fonction de la touche unique **ON/OFF-START/STOP** (2) a déjà été présentée au 6.5 :

Mise sous tension de l'appareil et par appui long on obtient à nouveau la **Mise hors tension**.

Lorsque l'appareil est sous tension et qu'un cycle est programmé, la même touche permet de **démarrer** et d'**arrêter** les mesures.

L'état actuel est clairement signifié par les lampes témoin.


8.2 Témoins

Les témoins suivants (3) indiquent l'état de l'appareil :

ON	appareil sous tension
ON bref clignotement	appareil en mode veille
START permanente	mesure cyclique démarrée
COM permanente	transmission cyclique des mesures sur PC
COM clignote	transmission des mesures au PC à la vitesse de lecture
REC permanente	enregistrement cyclique des données dans l'appareil, également allumée lors de la sortie de la mémoire
REC clignote	mémorisation des données dans l'appareil à la vitesse de lecture
START bref	scrutation unique des canaux par l'ordinateur
COM bref	scrutation unique des canaux transmet les données au PC
REC bref	la scrutation unique des points de mesure permet d'enregistrer les données dans l'appareil
ALARM	Dépassements de limite ou rupture de ligne
ALARM clignote	Tension d'alimentation trop faible de l'appareil

8.3 Adresse de l'appareil et mise en réseau

Comme tous les appareils ALMEMO®, les centrales d'acquisition ALMEMO® 8590-9 peuvent aussi être mises en réseau. Pour la communication avec les appareils en réseau, il est impératif que chaque appareil possède sa propre adresse car à chaque commande ne doit répondre qu'un seul appareil. C'est pourquoi avant tout fonctionnement en réseau, tous les appareils de mesure doivent être réglés avec les codeurs (1) à des numéros d'appareil différents.



Exemple : Adresse de module 01 0 1



En fonctionnement réseau, il ne faut saisir que des numéros successifs entre 01 et 99 afin que l'appareil 00 ne soit pas adressé indûment en cas de coupure de courant.

8.4 Configuration

Le logiciel AMR-Control est celui qui convient le mieux pour effectuer la programmation et la configuration. Il permet de modifier la programmation des capteurs et de configurer la séquence de scrutation. Les fonctionnalités sont décrites en détail dans le manuel au chapitre 6. On y apprend comment on peut tout programmer par un terminal à l'aide de commandes ASCII.

9. ACQUISITION DE MESURE

Il existe à la base 2 possibilités pour l'acquisition des mesures :

1. mesurer en ligne et transmettre immédiatement les données sur le PC (pas de mémoire nécessaire dans l'appareil).
2. mesurer hors ligne, c.-à-d. placer d'abord les données dans la mémoire de l'appareil (option S) ou dans un connecteur mémoire externe à carte Multi-Media-Card et les transmettre ultérieurement au PC.

9.1 Mesure en ligne avec PC

Afin d'enregistrer en toute facilité les données de mesure avec le PC, le logiciel d'acquisition de mesures Win-Control est celui qui convient avant tout. Il permet seul de scruter des modules de mesure individuels ou plusieurs modules en réseau dans leur propre cycle de mesure, d'enregistrer les mesures sur PC et de les afficher en ligne et clairement sous forme de graphique en courbe, de tableau ou d'affichages individuels, c.-à-d. que la séquence de scrutation ne nécessite que de programmer le cycle de mesure dans Win-Control. Nous ne pouvons détailler ici explicitement les autres possibilités exhaustives à l'aide de canaux de fonction, de fonctions de commande et de régulation, de messages d'alarme par SMS et courriel etc.

9.2 Mesure hors ligne

Pour procéder aux mesures hors ligne, c.-à-d. consigner les données dans l'appareil, il faut soit l'option S avec mémoire EEPROM de 500 ko dans l'appareil, soit un connecteur mémoire externe branché avec carte Multi-Media-Card (ZA 1904-MMC). La configuration des paramètres suivants est alors absolument nécessaire :

1. Date, heure
2. Cycle avec mémoire activée
3. Eventuellement mode veille

Ceci s'effectue au plus simple avec le logiciel AMR-Control dans le menu "Programmation d'appareil". Au besoin, effacer la mémoire dans "Mémoire des mesures".

Pour démarrer et arrêter la mesure sur place, vous disposez de nombreuses possibilités (voir manuel 6.6).

1. L'utilisation de la touche **START/STOP** (2) sur l'appareil.
2. La programmation de la date et de l'heure de début ainsi que de la date et de l'heure de fin ou la durée de mesure (voir manuel 6.6.2).
3. La réaction sur les dépassements ou soupassements de limite (voir manuel 6.6.3).
4. Le déclenchement sur signaux électriques (voir manuel 6.6.4).

On peut suivre aisément l'état de la mesure ainsi que l'enregistrement des données à l'aide des témoins (voir 8.2).

Pour la **lecture des mesures** (voir manuel 6.9.3), sélectionnez dans AMR-

Control la commande de menu "Appareils - Mémoire des mesures". Cette commande vous permet de transférer sur le PC dans un fichier la mémoire complète ou sélectivement, selon la date et l'heure ou le numéro, puis de l'effacer.

9.2.1 Mode veille

Pour les surveillances sur le long terme avec de grands cycles de mesure et alimentation par accumulateurs ou batterie, il est possible d'exploiter l'appareil de mesure en mode veille. Dans ce mode d'économie d'énergie, l'appareil est mis hors tension après chaque scrutation de points et seulement après écoulement du temps de cycle, remis sous tension automatiquement pour la séquence de scrutation suivante. De cette manière, une charge d'accumulateur permet de procéder à quelques 30000 scrutations de points, ce qui donne pour un cycle de 5 minutes une durée de mesure de plus de 100 jours.

Pour effectuer un **enregistrement des données en mode veille**, veuillez procéder aux étapes suivantes dans AMR-Control "Programmation d'appareil":

1. Saisir un cycle d'au moins 2 minutes
2. Activer la mémoire dans le cycle
3. Activer le mode veille
4. Lancer la mesure comme d'habitude, l'appareil se met ensuite hors tension et en contrôle, la lampe "ON" (3) ne clignote plus qu'en rythme.
6. Dans le cycle de mesure réglé, l'appareil se met automatiquement sous tension, effectue une scrutation des points de mesure puis se met à nouveau hors tension.
7. Arrêter la mesure

On peut ainsi effectuer autant de mesures que désiré en mode veille jusqu'à ce que le mode veille soit à nouveau désactivé. Sur les temps de cycle inférieurs à 2 min., la mesure s'effectue automatiquement en mode normal.

9.2.2 Mémoire interne des mesures (option S)

Avec l'option S, le module d'acquisition de données ALMEMO® 8590-9 est équipé d'une mémoire avec EEPROM 512 ko, suffisante pour 64000 à 100000 valeurs de mesure (selon le nombre de canaux). Cette mémoire est non-volatile, c.-à-d. que les données sont conservées, même en cas de panne de la pile au lithium, qui tamponne l'horloge temps réel. Toute l'organisation de la mémoire des mesures, ainsi que l'enregistrement et l'édition des données est décrite dans le manuel au chapitre 6.9. Le fonctionnement de la mémoire peut être reconfigurée de linéaire en circulaire (voir guide 6.10.13.2).

Les fonctions suivantes sont gérées sur la mémoire interne comme sur toutes les autres centrales d'acquisition ALMEMO® :

- Une seule configuration de connecteur est possible.
- Enregistrement en mémoire circulaire
- Mode veille
- Sortie des données dans tous les formats de sortie

Sortie sélective des données selon date et heure,
Sortie sélective des données par numéro

9.2.3 Connecteur mémoire à carte Multi-Media-Card

Nouvellement développé, le connecteur mémoire ZA 1904-MMC à carte mémoire flash multimédia conventionnelle offre une autre possibilité confortable d'enregistrer les données sans l'option S. L'écriture sur la carte mémoire (de préférence de forme RS Reduced Size, demi-taille, 32 à 512 Mo) s'effectue au format standard FAT16 via le connecteur mémoire avec les mesures en mode tableau. La carte MMC peut être formatée, lue et effacée sur tout PC avec tout lecteur de carte (voir manuel 6.9.4.2). Vous pouvez importer les données sous Excel ou dans le logiciel de mesure Win-Control. En raison du fonctionnement complètement différent du connecteur mémoire, il en découle des limitations et de nouvelles possibilités par rapport à la mémoire interne.

Fonctionnalités du connecteur-mémoire MMC :

Un espace mémoire pratiquement illimité

A chaque nouvelle configuration de connecteur, un nouveau fichier est créé.

Aucun enregistrement en mémoire circulaire

Mode veille

Possibilité de valoriser les données en un autre endroit avec tout lecteur

Transfert de données très rapide avec le lecteur

Enregistrement et sortie des données uniquement au format tableau

Par l'appareil ALMEMO®, seul le dernier fichier peut être lu

Pas de sortie sélective des données selon la date et l'heure ou selon le numéro

Le connecteur à carte mémoire se connecte sur la prise A2 et sa détection est automatique. La mémoire externe est utilisée lorsqu'elle est enfichée au lancement d'une mesure. Il ne faut pas la retirer en cours de mesure car sinon, les valeurs mesurées temporairement mémorisées seront perdues.

Avant de démarrer chaque mesure, vous pouvez saisir un nom de fichier sur 8 caractères (voir 11). Si vous ne le faites pas, le nom utilisé est le nom par défaut "ALMEMO.001" ou bien le dernier nom utilisé. Tant que la configuration des connecteurs ne change pas, vous pouvez mémoriser plusieurs mesures en manuel ou cyclique, même avec des numéros dans le même fichier.

Si la **configuration du connecteur** a été **modifiée** depuis la dernière mesure et si aucun nouveau nom de fichier n'a été programmé, un nouveau fichier sera toujours créé avec un index incrémenté de 1 en extension, p. ex. "ALMEMO.002". Si le nom de fichier saisi existe déjà, un nouveau fichier du même nom sera également créé mais avec un nouvel index.

10. ETENDUES SPÉCIALES, LINÉARISATION, ETALONNAGE MULTIPOINT, GESTION DES DONNÉES D'ÉTALONNAGE (OPTION KL)

A l'aide des nouveaux connecteurs ALMEMO® à mémoire supplémentaire pour caractéristiques supplémentaires (EEPROM plus grande, code E4) on peut enfin réaliser les applications suivantes avec élégance :

1. Mise à disposition de plages de mesure spéciales à caractéristique interne
2. Linéarisation personnelle par l'utilisateur des signaux tension, courant, résistance ou fréquence.
3. Etalonnage multipoint de tous les capteurs.

4. Gestion des données d'étalonnage et des numéros de série dans le capteur De série, l'ALMEMO® 8590-9 peut valoriser tous les connecteurs spéciaux programmés en conséquence. A l'aide de l'option KL, il est possible de convertir les signaux de mesure en valeurs affichées correspondantes selon une caractéristique pouvant s'appuyer sur 35 valeurs au maximum. Les valeurs d'appui (points fixes) se programment dans l'EEPROM du connecteur ALMEMO® à l'aide du logiciel AMR-Control (menu Liste de "points de mesure", "Programmation point de mesure", Etalonnage multipoints/linéarisation spéciale "Point de mesure". Lors de la mesure, les valeurs mesurées sont interpolées linéairement entre ceux-ci. En correction de capteurs non linéaires (p. ex. sur des capteurs Pt100 ou thermocouples), on tient compte tout d'abord des courbes caractéristiques d'origine puis seules les écarts sont ajoutés en interpolation linéaire.

Si l'on désactive un canal à caractéristique ou si l'on le programme sur une autre plage, on peut ensuite réactiver la caractéristique en rétablissant la plage spéciale avec la commande "B99".

Il est en outre possible dans le connecteur étendu de saisir le numéro de commande, le numéro de série, la date pour l'étalonnage suivant et la périodicité de l'étalonnage. On peut ainsi effectuer une surveillance automatique même dans les systèmes en réseau (voir les commandes au chap. 11 suivant).

11. NOUVELLES COMMANDES D'INTERFACE

Sur la nouvelle génération d'appareil V6, il existe pour les nouvelles fonctions également de nouvelles commandes d'interface déjà géré en grande partie par la dernière version du logiciel AMR-Win-Control, mais qui peuvent souvent être exploitées en mode terminal.

Mesurer :

Plage de mesure "P304" Pt100 0.000 à 65.000°C	B00
Plage de mesure "Time" tempo 0 à 65000 s	B85
Plage de mesure Tempo 0 à 6500.0 s, exposant -1	B85, V-1
Activer plage de mesure avec linéarisation spéciale	B99

Saisie section du canal d'entrée en cm² Qxxxxx (max. 32000, voir manuel 3.5.5)
 (dés)activer commutateur d'étalonnage o(-)01
 Saisie canal référence Exx pour 2^e sortie analogique f8 Exx
 Sortie nouveaux paramètres de capteur de tous les canaux f3 P15
 PL MES. LIM-MAX LIM-MIN BASE U FACTEUR EXP MOY COMMENT DG SECTN HR RL
 01:NiCr +0123.4 -0012.0 +0000.0°C 1.0000 E+0 - - - température 10 00078. 30 --

Commande de scrutation :

(dés)activer mémorisation dans le cycle I(-)hhmmss ou f1 A(-)4
 (dés)activer mode veille o(-)11
 lire mode veille dans cycle P11
 Enregistrer oui/non : S/- , veille oui/non : s/- CYCLE IMPR : 00:05:00 S s
 Autoriser/interdire sortie mesures plus souvent que vitesse mes. f6 k(-)5
 Saisie durée de mesure f2 Ihmmss
 Sortie durée de mesure P47

DURÉE MESURE : 12:00:00
 Réinitialiser tempo 1s f3 C01
 Réinitialiser tempo 0.1s f4 C01
 Saisir macro 1 à 5 par commandes V24 (< 30Z) f-5 à f-9 \$xx|xxx|xxCR
 Sortie macro 1 à 5 f-5 à f-9 P20
 Définir macro 1 à 5 comme fonction déclench. f9 k5 à k9
 Action limite max. en manuel h3
 Action limite max. réinit. tempo 0.1s h4
 Action limite max. macro 1 à 5 h5 à h9
 Action limite min. en manuel 13
 Action limite min. réinit. tempo 0.1s 14
 Action limite min. macro 1 à 5 15 à 19

Mémoriser :

Sortie version connecteur MMC : f4 t0 MMC1.01
 Formater mémoire MMC (tous fichiers supprimés !) : C04
 Saisie nom du fichier (8 caract. max.) \$Nom
 En-tête tableau en mémoire MMC : P04
 "ALMEMO";"PLAGE ":";NiCr";
 Version de capteur : "MMC1.01";"COMMENTAIRE ":";huile";
 Nom du fichier de la dernière mesure : "ALMEMO.001";"LIM-MAX:";123,4;
 ;"LIM-MIN:";12.;:::;;

Gestion des données d'étalonnage (seulement avec option KL) :

Sortie numéro de série appareil : f2 t0
 Sortie numéro de série capteur : f3 t0
 Saisie prochain étalonnage appareil : f8 djjmmaa
 Saisie prochain étalonnage capteur : f9 djjmmaa
 Saisie cycle étalonnage capteur : f9 zxx
 Sortie prochain étalonnage appareil (alarme!) : f8 P13
 KG:01.10.06 -/!
 Sortie prochain étalonnage capteur : f9 P13
 KF:02.02.06 12
 Sortie n° capteur, n° série etc. de tous capteurs : f4 P15
 PT CAPTEUR N° SÉRIE DAT-ETAL. CY
 01:FHA6461..... 12345678 01.10.06 12

12. RECHERCHE DE DÉFAUT

Les modules d'acquisition de données ALMEMO® 8590-9 et 8690-9A sont configurables et programmables de multiples façons. Ils permettent de raccorder des capteurs, appareils supplémentaires, avertisseurs et périphériques très nombreux et très divers. En raison des nombreuses possibilités, il se peut que dans certaines circonstances, il ne se comporte pas comme on s'y attend. Dans de très rares cas il s'agit d'un défaut de l'appareil mais la plupart du temps il s'agit d'une erreur de manipulation, d'un mauvais réglage ou d'un câblage inadmissible. Essayez à l'aide des tests suivants, d'éliminer le défaut ou de le définir avec précision.

Défaut : aucune ou toutes les DEL sont allumées, pas de réaction des touches

Remède : Contrôler l'alimentation, charger l'accumulateur, mettre hors puis sous tension, éventl. réinitialiser (voir point 6.5)

Défaut : Valeurs mesurées incorrectes

Remède : Contrôler toute la programmation du canal, en particulier la base et le zéro (programmation capteur et fonctions spéciales)

Défaut : Valeurs de mesure instables ou blocage en fonctionnement,

Remède : Tester le câblage en vue de toute connexion galvanique inadmissible, sur les capteurs à alimentation vérifier le drapeau d'élément 5, voir 7.3, débrancher tous les capteurs douteux, mettre le capteur à main dans l'air ou brancher un fantôme (court-circuiter AB sur les thermocouples, 100Ω sur capteurs Pt100) et vérifier, brancher ensuite les capteurs successivement et vérifier, si lors d'un branchement une erreur survient, contrôler le câblage, isoler éventl. le capteur, éliminer les perturbations par blindage ou torsade.

Défaut : La transmission de données par l'interface ne fonctionne pas

Remède : Vérifier le module d'interface, les connexions et le paramétrage : les deux appareils sont-ils réglés sur la même vitesse et le même mode de transfert (voir manuel 6.10.12) ?

Après réinitialisation (voir 6.5) avec module d'interface enfiché, la vitesse de transfert est réglée sur 9600 bd.

Est-ce le bon port COM qui est adressé sur le calculateur ?

Une imprimante est-elle à l'état EN LIGNE ?

Les lignes d'échange de données DTR et DSR sont-elles actives ?

Pour contrôler le flux de données et les lignes d'échanges de données, un petit testeur d'interface à diodes lumineuses est très utile (à l'état opérationnel, les lignes de données TXD et RXD sont au potentiel négatif d'env. -9 V et les DEL s'allument en vert, les lignes DSR, DTR, RTS, CTS ont quant à elles une tension positive d'env. +9 V et s'allument en rouge. Pendant la transmission de données, les DEL de données doivent clignoter en rouge).

Test de la transmission de données par un terminal (AMR-Control, WIN-Control ou WINDOWS-Terminal) :

Adresser l'appareil avec son numéro d'appareil "Gxy" (voir manuel 6.2.1),

Saisir "Ctrl Q" pour XON, si l'appareil est à l'état XOFF,

lire la programmation avec "P15" (voir manuel 6.2.3),

Ne tester que l'aligne d'émission avec la commande de départ "S2", la DEL **START** devrait s'allumer,

Ne tester que la ligne de réception avec la touche **START/STOP**.

Erreur : le transfert de données ne fonctionne pas dans le réseau

Remède : Vérifier que tous les appareils sont réglés à des adresses différentes, adresser tous les appareils individuellement par le terminal et la commande "Gxy".

L'appareil adressé est ok lorsqu'au moins "y CR LF" revient en écho.

Si une transmission n'est toujours pas possible, débrancher les appareils en réseau,

vérifier tous les appareils individuellement sur le câble de données du calculateur (voir ci-dessus),

Vérifier tout court-circuit ou croisement de câble sur le câblage, tous les répartiteurs réseau sont-ils alimentés en courant ?

Remettre en réseau et vérifier successivement les appareils (voir ci-dessus)

Si après la vérification ci-dessus, l'appareil ne devait toujours pas se comporter comme il est décrit dans la notice d'utilisation, il faut alors l'envoyer avec une brève description du défaut et éventuellement une impression de contrôle, à l'atelier de Chevreuse. A cet effet, le logiciel AMR-Control permet d'imprimer les pages d'écran avec la programmation et d'enregistrer puis d'imprimer un "test fonctionnel" exhaustif dans la liste des appareils ou en fonctionnement en terminal.

13. COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Les modules d'acquisition de mesures ALMEMO® 8590-9 et 8690-9A répondent aux principales exigences de protection fixées dans la directive relative à la compatibilité électromagnétique 89/336/CEE.

Afin de juger des résultats, les essais se sont appuyés sur les normes suivantes :

CEI 61326:1997+A1:1998+A2:2000

CEI 61000-6-1:1997

CEI 61000-6-3:1996

CEI 61000-4-2: 1995+A1:1998+A2:2000 8kV

CEI 61000-4-4: 1995+A1:2000 2kV

CEI 61000-4-3: 1995+A1:1998+A2:2000 3V/m

Lors du fonctionnement de l'appareil, respecter les conseils suivants :

1. S'il faut prolonger les capteurs standard (1.5 m), veiller à ce que les câbles de mesure ne cheminent pas avec les câbles de courant fort ou à ce qu'ils soient correctement blindés afin d'éviter tout couplage de signaux parasites.
2. Si l'appareil est utilisé dans des champs électromagnétiques intenses, il faut s'attendre à une erreur de mesure supplémentaire. A la fin du rayonnement, l'appareil fonctionne à nouveau au sein de ses spécifications techniques.

14. ANNEXE

14.1 Caractéristiques techniques

Entrées de mesure : 9 prises ALMEMO® pour connecteur plat ALMEMO®
Canaux de mesure : 9 voies primaires sép. galv., 31 voies suppl. max.
 pour capteurs doubles et canaux de fonction
 Convertisseur AN : Delta-Sigma 24 bits, 2.5, 10, 50 mes/s, gain 1..100
 Alimentation du capteur : par adapt. secteur 12V 0.4A, par accu 9..11.5 V 0.2A

Sorties : 2 prises ALMEMO® pour tous modules de sortie

Équipement :

Manipulation : 1 touche
 Date et heure : Horloge temps réel sauvegardée par pile au lithium
 Mémoire (option S) : EEPROM 512 ko (64 000 à 100 000 mesures)
 Microprocesseur : M16C62P

Alimentation :

ext. 9 à 13 V CC
 Adaptateur secteur 8590-9 : ZB 1212-NA4 230 V CA vers 12 V CC, 0.6 A
 Adaptateur secteur 8690-9A : ZB 1212-NA3 230 V CA vers 12 V CC, 2 A
 Accus dans 8690-9A : 8 éléments NiMH R6 9 à 11.5 V, 1600 mAh
 Consommation sans mode actif : env. 25 mA
 Modules d'entrée et de sortie : Mode veille : 0.05 mA env.

Boîtier : 8590-9 : polystyrène L180 x larg 49 x H137 mm, poids : 490g
 8690-9A : polystyrène L218 x larg 77 x H145 mm

Conditions d'utilisation :

Température de fonctionnement : -10 à +50 °C (température stockage : -20 à +60 °C)
 Humidité de l'air ambiant : 10 ... 90 % h.r. (sans condensation)

Aperçu des produits

Référence

Module d'acquisition de données ALMEMO® 8590-9

9 entrées, 40 canaux max., 2 sorties, interface cascadable,
 1 touche, horloge temps réel, en coffret 8 TE, adapt. secteur 12V, 0.6A MA 8590-9

Module d'acquisition de données ALMEMO® 8690-9A

ditto dans coffret 12 TE avec bus et module d'accus (8 cellules NiMH
 1600 mAh), adaptateur secteur 12V, 2A MA 8690-9A

Options :

S : Mémoire EEPROM 512 ko intégrée OA 8590-S
 R : Plages de mesure d'affichage de température de 8 réfrigérants SB 0000-R
 KL : Linéarisation, étalonnage multipts, gestion données d'étalonnage OA 8590-KL

Accessoires :

Connecteur mémoire avec carte Multimedia 32 Mo min. (RS) ZA 1904-MMC
 Câble tension continue 10 à 30 V CC, 12 V/0.25 A séparation galv. ZB 3090-UK
 Câble tension continue 10 à 30 V CC, 12 V/1.25 A séparation galv. ZB 3090-UK2
 Câble de données ALMEMO® à interface V24, sép. galv., 115.2 kb max ZA 1909-DK5
 Câble réseau ALMEMO®, séparation galv., 115.2 kb max ZA 1999-NK5
 Câble données ALMEMO® à interface Ethernet, sép. galv., 115.2 kb max ZA 1945-DK
 Câble d'entrée/sortie ALMEMO® pour déclenchement et alarme de seuil ZA 1000-EGK
 Câble d'enregistrement ALMEMO® -1.25 à 2.00 V ZA 1601-RK

Index des mots clé

Accessoires.....	26
accumulateurs.....	6, 14
Acquisition de mesure.....	19
Adresse de l'appareil.....	18
Alimentation.....	13, 26
Alimentation capteur.....	14
Alimentation externe en tension continue.....	13
AMR-Control.....	11
Aperçu des produits.....	26
Boîtier.....	26
canal différentiel.....	16
Canaux internes à l'appareil.....	16
canaux supplémentaires.....	15
Capteur de mesure.....	15
Caractéristiques techniques.....	26
codeur.....	18
Codeurs.....	2
Commande de scrutation.....	10
commandes d'interface.....	22
Compatibilité électromagnétique.....	25
Conditions d'utilisation.....	26
Configuration.....	18
Connecteur mémoire.....	21
démarrer et arrêter la mesure.....	19
Eléments de manipulation.....	2
Eléments livrés.....	6
Entrées de mesure.....	15, 26
Entrées mesure.....	2
Equipement.....	26
Etendues spéciales.....	22
Fonctionnement sur accumulateur.....	13
Fonctionnement sur secteur.....	13
Fonctions des appareils ALMEMO® 8590-9.....	7
Garantie.....	5
Gestion des données d'étalonnage.....	23
hors tension.....	14
interlocuteurs.....	28
Introduction.....	7
Isolement.....	16
Kalibrierdatenverwaltung.....	22
lecture des mesures.....	19
Linéarisation.....	22

Logiciels.....	11
Mehrpunktkalibration.....	22
Mémoire interne des mesures.....	20
Mesure.....	9
Mesure en ligne avec PC.....	19
Mesure hors ligne.....	19
Mise en mémoire-tampon des données.....	15
mise en réseau.....	18
Mise en service.....	12
Mise sous tension, hors tension.....	14
Mode veille.....	20
module accumulateur.....	8
module d'accus.....	26
Multi-Media-Card.....	21
nom de fichier.....	21
Options.....	26
prise DC.....	13
Prise de masse.....	2
Prise raccordement CC.....	2
Prises femelles sortie.....	2
Programmation des capteurs.....	8
Raccordement des capteurs.....	15
Recherche de défaut.....	24
Référence.....	26
réinitialisation.....	14
séparation galvanique.....	17
Témoins.....	2
Touche combinée.....	17
Touches.....	2
WIN-Control.....	11

14.2 Vos interlocuteurs